

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie przy ul. Staszica 16 w ramach prowadzonego rozeznania rynku udziela odpowiedzi na zapytania złożone drogą e-mail:

Lampa zabiegowa:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której regulacja natężenia odbywa się w przedziale 30 000-160 000lux? Jest to bardzo dobry parametr pozwalający na uzyskanie odpowiedniego oświetlenia w obszarze pola operacyjnego.

ODP. Zamawiający dopuszcza.

Aparat do szybkich przetoczeń:

1. Czy Zamawiający zmniejszy czas trwania gwarancji do 12 miesięcy na cały zestaw. Jest to standardowa gwarancja przy tego typu urządzeniach.

ODP. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z 12-miesięczną gwarancją.

2. Czy zamawiający dopuści do aparat do szybkich przetoczeń, który nie posiada kolorowej strefy roboczej zielonej na manometrze.

ODP. Zamawiający dopuszcza.